广州市微生物研究所有限公司

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY CO., LTD.

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号	KY20210375
样 品 名 称	中科纳清®NTKJ-L01A 型电净化空气消毒净化器
委 托 单 位	北京中科纳清科技股份有限公司

检测编号：KY20210375
Test No.

广州市微生物研究所有限公司
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY CO., LTD.

检 测 报 告
TEST REPORT

收样日期：2021 年 09 月 13 日
Date Received

检测日期：2021 年 09 月 22 日
Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	中科纳清®NTKJ-L01A 型电净化空气消毒净化器	样品来源 Source of Sample	送检
委托单位 Applicant	北京中科纳清科技股份有限公司	委托人 Client	廖炬龙
生产单位 Manufacturer	中科纳清（江苏）科技有限公司	商标 Brand	NairTENG
型号规格 Type and Specification	NTKJ-L01A	样品数量 Quantity of Sample	1 份（3 台）
生产日期 Date of Production	——	样品描述 State of Sample	机器
生产批号 Batch Number	——	样品包装 Packing of Sample	箱装
样品图片 Sample Picture			
检验依据和方法 Standard and Methods	参照《消毒技术规范》（2002 年版）2.1.3 空气消毒效果鉴定试验		
检测项目 Items of Analysis	病毒杀灭试验（甲型流感病毒 A/PR/8/34 H1N1）		
备注 Remarks	本报告数据由广东省华微检测股份有限公司提供。		

接下页/To be continued

检测编号：KY20210375
Test No.

广州市微生物研究所有限公司
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY CO., LTD.

检 测 报 告
TEST REPORT

收样日期：2021 年 09 月 13 日
Date Received

检测日期：2021 年 09 月 22 日
Date Analyzed

病毒杀灭试验方法

1. 试验器材
   1) 毒株：甲型流感病毒 A/PR/8/34 H1N1
   2) 细胞：MDCK 细胞
2. 测试条件
   1) 温度：（23~25）℃
   2) 相对湿度：（50~60）%
   3) 试验时间：60 min
   4) 试验体积：10 m^3
   5) 试验档位：“最高风速”档

试验结果：

病毒	作用时间（min）	试验编号	对照组病毒滴度 初始浓度（$TCID_{50}/m^3$）	对照组病毒滴度 终浓度（$TCID_{50}/m^3$）	对照组病毒滴度 自然衰亡率（%）	试验组病毒滴度 初始浓度（$TCID_{50}/m^3$）	试验组病毒滴度 终浓度（$TCID_{50}/m^3$）	杀灭率（%）
H1N1	60	1	8.43×10^6	1.78×10^6	78.88	4.74×10^6	/	>99.99
		2	7.23×10^6	1.78×10^6	75.38	4.06×10^6	/	>99.99
		3	6.32×10^6	1.00×10^6	84.18	3.56×10^6	/	>99.99

注 1：“/”表示为未检出。
注 2：实验过程中对照细胞正常生长。

报告结束/End of report

编制：Editor 审核：Checker 郑茜 签发：Issuer 签发日期（公章）：Date Reported 2021.10.2

广州市微生物研究所有限公司 检验检测专用章

声　明

一、　本检测报告涂改增删无效，未加盖检测单位“检验检测专用章”无效，无相关责任人签名无效，复印件无效。

二、　对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本单位不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。

三、　对报告的异议应于报告签发之日起15个工作日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。

四、　报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“#”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“+”为只通过广东省资质认定的项目。

五、　报告中未取得广东省资质认定的项目，检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

六、　因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路1号

检验地址：（与联系地址不同时填写此项）

邮政编码：510663

业务咨询联系电话：（020）31606167

报告真伪查询电话：（020）62800791

官方网址：http://www.ggtest.com.cn